符合 JIS 标准·IEC 标准的固体平面材料的电阻测量K0029-2022C03

轻松地进行符合 JIS C 2170 防静电电荷积蓄的固体平面材料的电阻以及电阻率试验方法。国际标准为 IEC61340-2-3。

要点

- 可以按照 JIS C2170 和国际标准 IEC61340-2-3 简单的进行测试。
- 可以测量•评估除静电地垫、防静电地板材料、防静电包装材料的电阻值。
- 通过使用表面/体积电阻测量用电极SM9001 和超绝缘计 SM7110，可以进行符合JIS的电阻测量。
- SM9001 是同心圆状的电极构造，材质、尺寸、重量都符合 JIS，只需将被测物放上去就能进行测量。
- 使用选件表面电阻测量用点检治具SM9002，能够简单地实施作业前的检查，从而实现高信赖度的测量。

高阻计　SM7110

表面/体积电阻测量用电极
SM9001

标准

JIS C 2170
国际标准 IEC61340-2-3

使用仪器

高阻计 SM7110
表面/体积电阻测量用电极 SM9001
表面电阻测量用点检治具 SM9002

※ 记载的内容是根据 2022 年 8 月发行的仪器型号。产品参数可能会有更改，请以现在发行的为准。